



ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

440004, г. Пенза, ул. Центральная, строение 1М

тел.: +7 (800) 200-16-05; факс +7 (8412) 999-189

e-mail: info@npp-geotek.ru; www.npp-geotek.ru

# Прибор одноплоскостного среза автоматизированный ГТ 1.2.11



---

Тип проводимых испытаний

Одноплоскостной срез

---

Тип грунта

Дисперсный грунт

---

## Возможности

Испытания в соответствии с ГОСТ 12248-2010 в автоматизированном режиме

Вертикальная и срезающая нагрузка до 5 кН

Испытания по схемам Н-Н и К-Д

## Технические характеристики

ГТ 1.2.11

Предельная вертикальная нагрузка, кН	5
Срезающая нагрузка, кН	5
Максимальные деформации среза, мм	20
Размер образца (диаметр × высота, мм)	71,4×35
Масса изделия, кг	44
Потребляемая мощность, В×А	39
Габаритные размеры (Ш×Г×В, мм)	360×447×600

## Параметры

ГОСТ

Угол внутреннего трения	12248-2010
Удельное сцепление	12248-2010

## Вместе с этим прибором покупают

Приспособление для подготовки образцов ГТ 4.0.1	Для подготовки образцов
Приспособление для подготовки образцов ГТ 4.0.7	Для подготовки образцов
Прибор предварительного уплотнения ГТ 1.2.5	Предварительное уплотнение образцов
Камера вакуумная ГТ 4.0.6	Для водонасыщения образцов
Кольцо ГТ 3.2.1, ГТ 3.2.1-01	Для вырезания образцов, проведения испытаний